

ISOGL205

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT LATEX NON POUFRE RUGUEUX

Matière : Gant en latex

Couleur : Naturel

AQL 1.5

Non poudré

Attention : Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Rugueux



Qualité médicale

Tailles disponibles

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10

Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGL205-S	240	85	4,5	0,12 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,09 ± 0,02
ISOGL205-M	240	95	5			
ISOGL205-L	240	105	5,5			
ISOGL205-XL	240	115	6			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I Risques mineurs

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 21420: 2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments acides

Système de management certifié

Conditionnement

	Boîte	Carton	Palette
Conditionnement	Boîte de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70000
Dimensions en mm	210 x 110 x 65 mm	340 x 230 x 220 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170000509	3221170000486	3221170000493	3221170001315
Barre code Outer	3221170002497	3221170002503	3221170002510	3221170002527

Avantages


- Dextérité
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Souplesse
- Toucher agréable
- Elasticité

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans (date de péremption indiqué sur la boîte et le carton)
Origine	ASIE
Code douanier	40151990000



Système de management certifié

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Je soussignée, Madame Sandrine COLOMBEL, agissant en qualité de Responsable Qualité de la société **MEDIPROTEC**, 9 rue du Poitou – 91220 Brétigny sur Orge, déclare que l'équipement de protection individuelle neuf décrit ci-après :

ISOGL205

GANT LATEX NATUREL NON POUDRE RUGUEUX - TAILLE S A XL

Est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Il est conçu pour la protection contre les risques mineurs.

Le gant de protection est fabriqué en conformité avec la norme européenne :

- EN 21420 :2020

Gant de catégorie I - protection contre les risques mineurs, le gant est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (Module C).


La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour et au nom de **MEDIPROTEC**.

Fait à Brétigny sur Orge, le 06/12/2022.

Sandrine COLOMBEL

Responsable Qualité



9, rue du Poitou
91220 BRÉTIGNY SUR ORGE

R.C.S. Evry B 612 040 816
Tél. 01 60 49 15 15 - Fax 01 60 49 15 10

www.mediprotec.com

9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve
91220 Brétigny-Sur-Orge - France

Tel : (33) 1 60 49 15 15 S.A.S au capital de 1 000 000 €
Fax : (33) 1 60 49 15 10 RCS Evry B 612 040 816- Siret 612 040816 00045
info@mediprotec.com N° TVA Intracommunautaire : FR51612040816- APE 4676Z



Nous changeons d'identité, pas de métier.

ANNEXE 1

ISOGL205-S	LOTS : 2101015, 2200069, 2200160, 2200292, 2200416, 2200529, 2200509, 2200530, 2200746
ISOGL205-M	LOTS : 2101015, 2101016, 2200069, 2101068, 2200160, 2200292, 2200416, 2200529, 2200509, 2200530
ISOGL205-L	LOTS : 2101015, 2101016, 2200069, 2101068, 2200160, 2200292, 2200416, 2200529, 2200509, 2200530
ISOGL205-XL	LOTS : 2101016, 2200069, 2200160, 2200292, 2200529, 2200509, 2200746

 9, rue du Poitou
91220 BRÉTIGNY SUR ORGE

R.C.S. Evry B 612 040 816
Tél. 01 60 49 15 15 - Fax 01 60 49 15 10



Nous changeons d'identité, pas de métier.

www.mediprotec.com

9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve
91220 Brétigny-Sur-Orge - France

Tel : (33) 1 60 49 15 15 S.A.S au capital de 1 000 000 €
Fax : (33) 1 60 49 15 10 RCS Evry B 612 040 816- Siret 612 040816 00045
info@mediprotec.com N° TVA Intracommunautaire : FR51612040816- APE 4676Z



DECLARATION UE DE CONFORMITE

Je soussignée, Madame Sandrine COLOMBEL, agissant en qualité de Responsable Qualité de la société **PROMOSAC MEDIPROTEC**, 9 rue du Poitou – 91220 Brétigny sur Orge, déclare que l'équipement de protection individuelle neuf décrit ci-après :

ISOGL205

GANT LATEX NATUREL NON POUDRE RUGUEUX - TAILLE S A XL

Est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Il est conçu pour la protection contre les risques mineurs.

Le gant de protection est fabriqué en conformité avec la norme européenne :

- EN 420:2003+A1:2009

Gant de catégorie I - protection contre les risques mineurs, le gant est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (Module C).


La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour et au nom de **PROMOSAC MEDIPROTEC**.

Fait à Brétigny sur Orge, le 16/12/2021.

Sandrine COLOMBEL

Responsable Qualité



9, rue du Poitou
91220 BRÉTIGNY SUR ORGE
R.C.S. Evry B 612 040 816
Tél. 01 60 49 15 15 - Fax 01 60 49 15 10

ANNEXE 1

ISOGL205-S	LOTS : 18614, 18675, 18719, 18925, 19474, 19448, 19475, 19812, 19927, 20185, 20184, 2000145, 2000194, 2000193, 2000847, 2000904, 2100004, 2100402, 2100701
ISOGL205-M	LOTS : 18614, 18675, 18718, 18630, 18719, 18925, 18927, 19086, 19139, 19183, 19262, 19263, 19474, 19475, 19746, 19812, 19925, 19927, 20184, 2000145, 2000102, 2000194, 2000193, 2000847, 2000904, 2100004, 2100402, 2100701
ISOGL205-L	LOTS : 18534, 18614, 18675, 18925, 18927, 19086, 19139, 19262, 19263, 19276, 19474, 19475, 19812, 19927, 20184, 2000145, 2000102, 2000194, 2000193, 2000847, 2000904, 2100004, 2100402, 2100701
ISOGL205-XL	LOTS : 18675, 18719, 18925, 19086, 19139, 19183, 19262, 19474, 19475, 20184, 2000145, 2000102, 2000194, 2000193, 2000847, 2000904, 2100004, 2100402, 2100701


9, rue du Poitou
91220 BRÉTIGNY SUR ORGE
 R.C.S. Evry B 612 040 816
 Tél. 01 60 49 15 15 - Fax 01 60 49 15 10

Nous changeons d'identité, pas de métier.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Fabricant	PROMOSAC MEDIPROTEC 9 rue du Poitou ZAC Maison Neuve 91220 BRETIGNY SUR ORGE
Produit	ISOGL205 GANT LATEX NATUREL NON POUDRE RUGUEUX - TAILLE S A XL
Marque	MEDIPROTEC
Classification	Classe I selon l'annexe VIII, règle 1 du règlement UE 2017/745 (UE)
Normes harmonisées	Dispositifs médicaux pour usage unique : • EN 455-1 • EN 455-2 • EN 455-3

PROMOSAC MEDIPROTEC déclare que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux dispositions de la du règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, et aux exigences des normes EN 455-1-2-3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fait à Brétigny sur Orge, le 18/09/2020.

Sandrine COLOMBEL

Responsable Qualité



9, rue du Poitou
91220 BRÉTIGNY SUR ORGE
R.C.S. Evry B 612 040 816
Tél. 01 60 49 15 15 - Fax 01 60 49 15 10